3T MRI PROTOCOLS

Protocol Name: **ACHILLES TENDON** Body Part: **ANKLE** Coil: **BODY FLEX COIL**

Sequences	Seq Name	Image Plane	# Slices	TR	TE	Slice Thick	FOV	NSA	Matrix	Phase Dir
Axial Localizer	gre	Axial	5	7.8	3.69	6	350	1	256	A>P
3 Plane Localizer	gre	3 Plane	9	7.3	3.6	6	280	1	256	A>P
Sag T1 FS	tse	Sagittal	25	600	10	2	180	1	448	A>P
Sag STIR	ir	Sagittal	25	4000	51	2	180	1	320	A>P
Cor T1	tse	Coronal	36	804	9.5	2	180	1	448	R>L
Cor T2 FS	tse	Coronal	36	5000	60	2	180	2	384	R>L
Axial T1	tse	Axial	48	770	11	3	130	1	320	R>L
Axial T2 FS	tse	Axial	48	4000	56	3	130	1	320	R>L